发热伴血小板减少综合征小鼠 IgG 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）使用说明书

本试剂盒在96孔酶标板包被发热伴血小板减少综合征病毒重组抗原，配以酶标羊抗小鼠 IgG 二抗（Goat anti mouse IgG-HRP）及 TMB 显色剂等其他试剂，采用间接法原理检测小鼠血清（或血浆）中的发热伴血小板减少综合征 IgG 抗体。

试剂盒组成：

1.说明书	1 份	7.酶标抗体稀释液	6ml×1 瓶
2.酶标板	8×12 孔	8.浓缩洗涤液	50ml×1 瓶
3.酶标羊抗小鼠 IgG	1.0ml×1 管	9.显色液	6ml×1 瓶
4.阳性对照	1.0ml×1 管	10.终止液	6ml×1 瓶
5.阴性对照	1.0ml×1 管		
6.样本稀释液	12ml×1 瓶		

操作步骤：

1.配液：浓缩洗涤液按工作浓度用蒸馏水稀释 20 倍。
2.稀释：待测样品（血清或血浆）用样本稀释液按 1:100 稀释（如果是滤纸片浸泡液建议不稀释），酶标羊抗小鼠 IgG 用酶标抗体稀释液按 1:5 稀释。
3.加样：在反应孔中加入待测样品和阴、阳性对照，50μl/孔。每板应设阴/阳性对照各两孔。
4.温育：置 37℃孵育 0.5 小时。
5.洗涤：将孔内液体甩干，用洗涤液充分洗涤 6 遍，扣干。
6.加二抗：在相应孔中加入稀释后的酶标二抗，50μl/孔。
7.温育：置 37℃孵育 0.5 小时。
8.洗涤：将孔内液体甩干，用洗涤液充分洗涤 6 遍，扣干。
9.显色：每孔加入显色液 50μl，轻拍混匀，室温避光显色 5-10 分钟。

结果判定：

1.目测：在白色背景下观察各孔显色情况，如果阴性对照孔无色，阳性对照孔显蓝色，则对照成立，待检血清孔有明显蓝色者为发热伴血小板减少综合征小鼠 IgG 抗体阳性，无色者为发热伴血小板减少综合征小鼠 IgG 抗体阴性。
2.酶标仪检测：每孔加入终止液 50μl，轻拍混匀，用酶标仪（450nm 波长）测定各孔 OD 值。
3.临界值（CUTOFF）计算：临界值＝阴性对照孔 OD 均值（阴性对照孔 OD 值低于 0.05 者按 0.05 计算）*2.1
4.阳性判定：样品 OD 值≥临界值（CUTOFF）者判为阳性。
5.阴性判定：样品 OD 值＜临界值（CUTOFF）者判为阴性。

北京勤合至纯生物科技有限公司
北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 17 号 26 幢 1 至 3 层 102-LQ690

注意事项：

1. 试剂盒从冷藏环境中取出时应室温平衡 15－30 分钟后方可使用，未用完的微孔条用自封袋密封保存，阴/阳性对照和酶标抗体用后放-20℃保存。
2. 酶标板洗涤时各孔均需加满洗液，防止孔口内有游离酶不能洗净。应设定 30－60 秒的洗液浸泡时间。
3. 吸加试剂前应将试剂瓶翻转数次，使液体混匀。吸加时将试剂加在孔底，勿将试剂加在孔壁上。
4. 所有样品和废弃物都应该按传染源处理。终止液为 2M 硫酸，使用时应注意安全。
5. 操作应按说明书严格进行，不同批次试剂不得混用。
6. 本试剂盒仅供科研使用。